US-3500

RE-URN-0030
第3版 2022/3/1

技術管理者（副）
/ /

日常メンテナンスチェック表

2022年　3月

チェック項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
始業時	電源投入前	洗浄液ボトル残量チェック	毎日																															
		プリンタ用紙残量チェック																																
		試験紙廃棄ボックスチェック																																
	電源投入後	イニシャライズ動作は正常か																																
		異音はしないか																																
		試験紙容器のセット																																
		コントロール測定・結果確認																																
終業時		サンプラノズルの点検と手入れ																																
		廃液流路の洗浄																																
		測定済み試験紙の廃棄																																
		サンプル搬送部トレイの清掃																																
		タッチパネルの清掃																																
		廃液の処理																																
毎月		試験試ホルダの点検と清掃	月1																															
		反応ライン周辺の点検																																
		サンプルラック（底部）の清掃																																
		比重校正及び確認																																
備考 コントロールの切り替え：　/ Lot No. :			実施者																															