

機種名： 超音波診断装置 Philips EPIQ Elite

2023年	4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	##	備考
曜日		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
始業時点検	本体外観																																目視確認/拭き取り
	液晶ディスプレイ・アーム																																目視確認/拭き取り
	液晶タッチパネル 汚れ・反応																																拭き取り/動作確認
	コントロールジョーグ・ロック																																動作確認
	コントロールパネル・キーボード																																拭き取り/動作確認
	タイヤ 異常確認																																動作確認
	トランスデューサ各種 点検																																亀裂断裂/ゲルの拭き取り
	トラックホール 異常確認																																動作確認
	日付・時刻・確認																																表示確認
	電源ケーブル・LANケーブル																																外れていないか
	経食道トランスデューサ 点検																																検査前に亀裂断裂確認
	経食洗浄液 使用期限確認																																検査前に期限確認
	HD残容量確認・削除																																
	点検時刻																																
点検者名																																	
使用時点検	心電図 異常確認																															日常検査にて確認	
	通信確認																															日常検査にて確認	
	点検時刻																																
終業時	シャットダウン 点検時刻																																
	点検者名																																
毎月実施	白黒プリンタ/DVDドライブ																															動作確認	
	ビデオデッキ/DVDレコーダー																															動作確認	
	エアフィルター																															毎月清掃	
	点検時刻																																
点検者名																																	

備考： ハードディスクメンテナンス：6月・12月実施日を記入

承認