

機種名： 超音波診断装置 Philips EPIQ 7G

2021年		5月																															備考			
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
始業時点検	本体外観																																		目視確認/拭き取り	
	液晶ディスプレイ・アーム																																			目視確認/拭き取り
	液晶タッチパネル 汚れ・反応																																			拭取り/動作確認
	コントロールパネル・ロック																																			動作確認
	コントロールパネル・キーボード																																			拭取り/動作確認
	タイヤ 異常確認																																			動作確認
	トランスデューサ各種 点検																																			亀裂断裂/ゲルの拭き取り
	トラックボール 異常確認																																			動作確認
	日付・時刻・確認																																			表示確認
	電源ケーブル・LANケーブル																																			外れていないか
	HD残容量確認・削除																																			
	点検時刻																																			
	点検者名																																			
使用時点検	心電図 異常確認																																		日常検査にて確認	
	通信確認																																			日常検査にて確認
	点検時刻																																			
終業時	点検者名																																			
	シャットダウン 点検時刻																																			
毎月実施	点検者名																																			
	白黒プリンター																																			動作確認
	ビデオデッキ/DVDレコーダー																																			動作確認
	DVDドライブ																																			動作確認
	エアフィルター																																			毎月清掃
点検時刻																																				
点検者名																																				

ハードディスクメンテナンス：6月・12月実施日を記入

備考：

承認	
----	--

