点検チェックシート（機種名：CS2100i）

年　　月

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	日	⇒															
	曜日	⇒															
毎日	ピペットの洗浄（シャットダウン含）	実施															
	逆流チャンバの液量確認と液抜き	実施															
	サンプルチューブ受け皿の洗浄	実施															
	担当者	⇒															
週	受け皿の確認と水の除去	実施															
	動作カウント　ハロゲンランプ：1,000時間	実施															
	ピアッシング：40,000回	実施															
	排液チューブ（チャンバ）：720,000回	実施															
	排液チューブ（CP）：720,000回	実施															
	担当者	⇒															
月	本体下部・後部フィルターの清掃	実施															
	担当者	⇒															
必要時	ヒューズの交換	実施															
	担当者	⇒															

点検チェックシート（機種名：CS2100i）

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	日	⇒																
	曜日	⇒																
毎日	ピペットの洗浄（シャットダウン含）	実施																
	逆流チャンバの液量確認と液抜き	実施																
	サンプルチューブ受け皿の洗浄	実施																
	担当者	⇒																
週	受け皿の確認と水の除去	実施																
	動作カウント　ハロゲンランプ：1,000時間																	
	ピアッシング：40,000回																	
	排液チューブ（チャンバ）：720,000回																	
	排液チューブ（CP）：720,000回																	
	担当者	⇒																
月	本体下部・後部フィルターの清掃	実施																
	担当者	⇒																
必要時	ヒューズの交換	実施																
	担当者	⇒																