

国立大学法人 琉球大学病院 臨床研究支援センター 様 2025/2/27 追加分

	ID	シリアル番号		備 考
		OnDoll-Sensor 本体	外付け温度センサ	
		下段は[校正証明書番号] *試験成績書番号は先頭が “T” となります。		
1	4808	04170177 ---	07420100 C241126-B11	温度 (測定範囲：-100℃～+100℃) ※2025/2/27 追加分
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

発行日 2025年2月27日

発行番号 C241126-B11

管理ID 4808


校正証明書

品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号	07420100
校正項目	温度
校正年月日	2024年11月26日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13

株式会社コンピューテ



発行日 2025年2月27日
発行番号 T241126-B11
管理ID 4808

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号 07420100
校正項目 温度
校正室の環境 温度 22.9±0.4℃、湿度 41.1±3.1%
校正年月日 2024年11月26日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
-80.0	-80.1	-0.1

- 校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- 校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- 器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- 校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- 校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- 器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE THERMOMETER	---
シリアル番号	D21065012	---
校正日	2024年6月25日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス