

発行日 2024年12月3日  
発行番号 C241126-B02  
管理ID 4807


## 校正証明書

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 品名     | 温度計                          |
| 製品名    | OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01) |
| シリアル番号 | 07420087                     |
| 校正項目   | 温度                           |
| 校正年月日  | 2024年11月26日                  |

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。  
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2024年12月3日  
発行番号 T241126-B02  
管理ID 4807

## 試験成績書

品名 温度計  
製品番号 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)  
シリアル番号 07420087  
校正項目 温度  
校正室の環境 温度 23.7±0.5℃、湿度 31.5±2.1%  
校正年月日 2024年11月26日

### 温度校正結果

| 試験温度(℃) | 計器指示値(℃) | 器差(℃) |
|---------|----------|-------|
| +5.0    | +5.0     | 0.0   |
| -80.0   | -79.9    | +0.1  |

- 校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- 校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- 器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

### 湿度校正結果

| 試験湿度(%RH) | 計器指示値(%RH) | 器差(%) |
|-----------|------------|-------|
| ---       | ---        | ---   |

- 校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- 校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- 器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

### 校正に使用した標準器

|        |                           |     |
|--------|---------------------------|-----|
| 品名     | 高精度温度計                    | --- |
| 型式     | ETI REFERENCE THERMOMETER | --- |
| シリアル番号 | D21065012                 | --- |
| 校正日    | 2024年6月25日                | --- |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認                                                                                  | 校正者                                                                                 |
|  |  |

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピュータテックス

