校正証明書

大阪市西淀川区中島2-5-78
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　琉球大学 医学部付属病院　臨床研究支援センター

品名	：ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR-501L
製造番号	：52B80C92	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2019年11月18日	管理番号	：AKFS19-1182
顧客管理番号	：治験薬保管庫 冷蔵 大		

確認者
小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器は、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
白金デジタル温度計	株式会社　熱研	MRI31
SN-3400	340000979	2020年7月11日
温度計校正装置（JCSS校正）	AMETEK DENMARK	MRI62
PTC-125C	669291-00300	2020年3月8日
指示計器付温度計	株式会社テストー	MRI77
testo735-2/testo735用Pt100	61554832/03423441	2020年10月20日

アズワン株式会社