


校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ



顧客名 琉球大学病院 臨床研究支援センター

品名 : ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR-501L
製造番号 : 52B815AD 製造者 : 株式会社ティアンドデイ
校正日 : 2021年10月14日 管理番号 : AKFS21-2312
顧客管理番号: 治験薬保管庫 室温 正



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
白金デジタル温度計 SN-3400	株式会社 熱研 340001520	MRI31 2022年6月27日