


校正証明書

顧客名 琉球大学病院 臨床研究支援センター

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ



品名 : ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR-501L
製造番号 : 52B838B1 製造者 : 株式会社ティアンドデイ
校正日 : 2021年10月14日 管理番号 : AKFS21-2310
顧客管理番号: 治験薬 冷蔵小 正

確認者

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取得されています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
白金デジタル温度計 SN-3400	株式会社 熱研 340001520	MRI31 2022年6月27日