機種名：心電計　cardiofax ①②③

20　年　月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
装置本体　汚れ・損傷																																
タッチパネル　汚れ・損傷																																
電極・リード線　汚れ・破損																																
電源コードの接続																																
LANケーブル　接続																																
電極コード　接続																																
日付・時刻　確認																																
心電図の表示　確認																																検査時に確認
データ送信可																																検査時に確認
バーコードリーダーの反応																																検査時に確認
ペースト・消毒綿　補充																																
タオル　補充																																
ディスポ電極　準備																																
メモリーカード　残量																																
紙送りの印字　確認																																monthly実施
記録紙の残量																																monthly実施
カード①残量																																
カード②残量																																
カード③残量																																
点検者サイン																																

備考：心電計３台分